

ETICHETTATRICE PROFESSIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEGLI STRUMENTI STERILIZZATI.



Le norme prevedono che gli strumenti vengano puliti, imbustati, sterilizzati e stoccati nell'attesa dell'utilizzo.

È stato stabilito che uno strumento imbustato conserva la sterilità per 30 giorni. Diventa pertanto indispensabile indicare sulla busta la data di sterilizzazione e quella di scadenza.

Un'altra esigenza per la tutela giuridica del Responsabile Sanitario è quella di poter stabilire, per ciascun paziente, quando sono stati utilizzati gli strumenti.

L'etichettatrice De Marco soddisfa queste necessità. **Mark 4** ha due righe di stampa per un totale di 22 cifre, che, su etichette con doppio supporto adesivo, riporta:

- La data di sterilizzazione;
- La data di scadenza;
- Il numero del ciclo dell'autoclave;
- Il numero dell'operatore/ numero dell'autoclave
- L'indicatore di processo che vira di colore al contatto con il vapore saturo.

Mark 4 - Etichettatrice manuale con caricamento semplice e rapido del rotolo di etichette ed eventuale rapida sostituzione del tampone d'inchiostro. Viene fornita con un rotolo di 600 etichette.

Utilizza inchiostro atossico e resistente al vapore.

Il doppio supporto adesivo consente di trasferire l'etichetta sulla scheda del paziente per ogni sessione di cure.

